



CARTA DE TRAZABILIDAD

Área de Humedad

CENAM
Generador de humedad
ID. CNM-PNE-8
Alcance 10 % HR
a 95% HR
incertidumbre
(k=2)
± 0,2 % HR
a ± 1,5 % HR

DEFINICIONES
Constantes Físicas
OIMLR121

Laboratorio
Primario

METAS
Higrotermómetro
capacitivo
ID. MA-HRT03/06
Alcance 0 % HR
a 100% HR
incertidumbre (k=2)
± 0,5 % HR
a ± 1,5 % HR

METAS
Puntos fijos
de sales
saturadas
ID. MA-HRF03/02
7 %HR (LiBr)
a 98 %HR
(K₂SO₄)
incertidumbre
(k=2)
± 0,2 % HR
a ± 1,3 % HR

METAS
Higrotermómetro
capacitivo
ID. MA-HRT62/19
Alcance 0 % HR
a 100% HR
incertidumbre (k=2)
± 0,3 % HR
a ± 1,4 % HR

METAS
Puntos fijos
de sales
saturadas
ID. MA-HRF03/02
7 %HR (LiBr)
a 98 %HR
(K₂SO₄)
incertidumbre
(k=2)
± 0,2 % HR
a ± 1,3 % HR

Laboratorios
Secundarios

METEC
Higrotermómetro
Digital
ID. METEC-H-001
METEC-H-003
Alcance 7 % HR
a 93% HR
Incertidumbre expandida
de medida
(k=2)
± 0,63 % HR
a ± 1,5 % HR
Fecha de calibración:
2020-09-09
Vigencia de calibración:
2021-09-09

METEC
Higrotermómetro
Digital
ID. METEC-H-006
METEC-H-007
Alcance 7 % HR
a 93% HR
Incertidumbre expandida
de medida
(k=2)
± 0,66 % HR
a ± 1,3 % HR
Fecha de calibración:
2021-01-21
Vigencia de calibración:
2022-01-21

Equipo
METEC

INSTRUMENTOS DE LA INDUSTRIA

Instrumentos
industria

NOTAS: METEC. Metrología especializada y calibración S.A. de C. V.
METAS. Metas, S.A. de C.V
CENAM. Centro nacional de metrología.

Fecha de elaboración : 2021-06-04

